

TÜV Rheinland Energy GmbH
D-51101 Köln



Palas GmbH
Dr. Maximilian Weiss / Dr. Stefan Hoge Kamp
Greschbachstr. 3b
76229 Karlsruhe

Karsten Pletscher
Tel. 0221 806-2592
Fax 0221 806-1349
Mail karsten.pletscher@de.tuv.com
02. Februar 2018

weiss@palas.de / stefan.hogekamp@palas.de

Nachweis der Einhaltung der Anforderungen gemäß Richtlinie EN 16450:2017 für Ihre Immissionsmessenrichtungen Fidas® 200, Fidas® 200 S und Fidas® 200 E

Sehr geehrter Dr. Weiss, sehr geehrter Dr. Hoge Kamp,

hiermit bestätigen wir, dass Ihre Immissionsmessenrichtungen Fidas® 200, Fidas® 200 S und Fidas® 200 E die Anforderungen an automatische Mess-einrichtungen für Feinstaub gemäß der Richtlinie EN 16450:2017 einhalten.


Der zugehörige Prüfbericht wurde vom zuständigen deutschen Ausschuss positiv bewertet und die entsprechende Veröffentlichung des Sachverhalts im Bundesanzeiger wird im Frühjahr 2018 erfolgen. Darauf basierend wird später in diesem Jahr ein neues Zertifikat auf www.gal1.de veröffentlicht werden.

Sollten sich Fragen ergeben, zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren.

Freundliche Grüße nach Karlsruhe

Geschäftsfeldleitung

Immissionsschutz

i. V. 

i. A. 

Dipl.-Ing. Guido Baum

Dipl.-Ing. Karsten Pletscher

TÜV Rheinland Energy GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln

Tel +49 221 806-5200
Fax +49 221 806-1349
Mail tre-service@de.tuv.com
Web www.umwelt-tuv.de
www.eco-tuv.com

Geschäftsführung und Sitz der Gesellschaft:

Geschäftsführer: Dirk Fenske

Sitz der Gesellschaft: Köln
Amtsgericht Köln HRB 56171
Ust.-Id-Nr.: DE 814653989